

PYTANIA I ODPOWIEDZI
do postępowania CRZP/IPO/EA/2/16
dotyczy części II – chromatograf gazowy

Pytania I

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę chromatografu gazowego z dozownikiem split/splitless z elektroniczną kontrolą ciśnienia i przepływu wynoszącą 0,001 psi i z możliwością dozowania w trybie pulsem splitless?
2. Czy Zamawiający dopuszcza detektor płomieniowo-jonizacyjny o częstotliwości zbierania danych wynoszącą 300 Hz?
3. Czy Zamawiający dopuszcza chromatograf gazowy z możliwością odtwarzania chromatograficznych czasów retencji w oparciu o kalkulację objętości martwej oraz czasu retencji związku referencyjnego (np. c10)?

Odpowiedzi I

Ad.1 Zamawiający dopuszcza dostawę chromatografu gazowego spełniającego co najmniej wymogi określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza zmiany w SIWZ.

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza zmiany w SIWZ.

Pytania II

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chromatografu, w którym istnieje możliwość precyzyjnej automatycznej korekty chromatograficznych czasów retencji w oparciu o liniowy indeks retencji?
Stosowanie liniowego indeksu retencji jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem ponieważ nie powoduje zmiany parametrów metody GC, jak to może mieć miejsce w przypadku stosowania odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwukanałowego chromatografu gazowego z dozownikami split/splitless oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z regulacją ciśnienia w zakresie 0-140 psi z dokładnością co 0,01 psi oraz szybkością zbierania danych detektora FID wynoszącą 250Hz?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby automatyczny podajnik próbek był wyposażony w tacę na 15 fiolek?
4. Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy podłączony z komputerem poprzez port szeregowy RS-232?

Odpowiedzi II

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w SIWZ.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w SIWZ.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w SIWZ.

Kierownik Działu
Administracyjno – Technicznego

Marek Łabanowski